



CTVIM
6 rue Gaspard Monge
ZI Sud
13200 ARLES
☎ : 04 83 73 53 42
✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 4316

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 12537

DELIVRE A : BALCO
5 RUE DES ARBOUSIERS
ZAE DES AVANTS
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIER

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 7 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Cylindrique
Inox

N° de série : S13 00110

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 19/12/2018

**LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE**

Jérôme BRUNAC

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 35\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
ZW 1244	200 g	19/12/2018	200,000 27 g			0,30 mg	Néant
ZW 1245	200 g	19/12/2018	200,000 18 g			0,30 mg	Néant
AJQ	500 g	19/12/2018	500,000 73 g			0,80 mg	Néant
ZW 747	1 kg	19/12/2018	1,000 001 7 kg			1,6 mg	Néant
ZW 861	2 kg	19/12/2018	2,000 002 0 kg			3,0 mg	Néant
ZW 864	2 kg	19/12/2018	2,000 002 1 kg			3,0 mg	Néant
AJR	5 kg	19/12/2018	5,000 002 3 kg			8,0 mg	Néant

Fin