



CTVIM
6 rue Gaspard Monge
ZI Sud
13200 ARLES
☎ : 04 83 73 53 42
✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 4316

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 12540

DELIVRE A : BALCO
5 RUE DES ARBOUSIERS
ZAE DES AVANTS
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 25 poids de 10 kg

Constructeur : METTLER TOLEDO / ZWIEBEL (LZ)

Type : Parallélépipédique
Fonte

N° de série : Individuel

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 19/12/2018

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
T2960	10 kg	19/12/2018	10,000 36 kg	19/12/2018	10,000 31 kg	160 mg	Ajustage
T3173	10 kg	19/12/2018	10,000 28 kg			160 mg	Néant
T3189	10 kg	19/12/2018	10,000 27 kg			160 mg	Néant
T3255	10 kg	19/12/2018	10,000 48 kg	19/12/2018	10,000 29 kg	160 mg	Ajustage
T3321	10 kg	19/12/2018	10,000 38 kg	19/12/2018	10,000 32 kg	160 mg	Ajustage
ZY 3628	10 kg	19/12/2018	9,999 86 kg			160 mg	Néant
ZY 3629	10 kg	19/12/2018	9,999 78 kg	19/12/2018	10,000 02 kg	160 mg	Ajustage
ZY 3630	10 kg	19/12/2018	10,000 25 kg			160 mg	Néant
ZY 3631	10 kg	19/12/2018	9,999 76 kg	19/12/2018	10,000 11 kg	160 mg	Ajustage
ZY 3632	10 kg	19/12/2018	9,999 75 kg	19/12/2018	10,000 09 kg	160 mg	Ajustage
ZY 3633	10 kg	19/12/2018	10,000 14 kg			160 mg	Néant
ZY 3634	10 kg	19/12/2018	9,999 76 kg	19/12/2018	10,000 09 kg	160 mg	Ajustage
ZY 3635	10 kg	19/12/2018	9,999 86 kg			160 mg	Néant
ZY 3636	10 kg	19/12/2018	10,000 14 kg			160 mg	Néant
ZY 3637	10 kg	19/12/2018	10,000 26 kg			160 mg	Néant
ZY 3638	10 kg	19/12/2018	10,000 17 kg			160 mg	Néant
ZY 3639	10 kg	19/12/2018	10,000 27 kg			160 mg	Néant
ZY 3640	10 kg	19/12/2018	9,999 83 kg			160 mg	Néant
ZY 3641	10 kg	19/12/2018	9,999 74 kg	19/12/2018	10,000 07 kg	160 mg	Ajustage
ZY 3642	10 kg	19/12/2018	10,000 20 kg			160 mg	Néant
ZY 3643	10 kg	19/12/2018	10,000 24 kg			160 mg	Néant
ZY 3644	10 kg	19/12/2018	10,000 13 kg			160 mg	Néant
ZY 3645	10 kg	19/12/2018	9,999 83 kg			160 mg	Néant
ZY 3646	10 kg	19/12/2018	9,999 78 kg	19/12/2018	10,000 18 kg	160 mg	Ajustage
ZY 3647	10 kg	19/12/2018	10,000 01 kg			160 mg	Néant

Fin