



CTVIM

6 rue Gaspard Monge

ZI Sud

13200 ARLES

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 4035

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 11728

DELIVRE A : BALCO
5 RUE DES ARBOUSIERS
ZAE DES AVANTS
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 16 poids

Constructeur : LZ / YP

Type : Parallélépipédique
Fonte

N° de série : Série ANTILLES

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 04/04/2018

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
ZS 3225	10 kg	04/04/2018	10,000 02 kg			160 mg	Néant
A 1	20 kg	04/04/2018	20,001 09 kg	04/04/2018	19,999 87 kg	300 mg	Ajustage
A 2	20 kg	04/04/2018	20,001 05 kg	04/04/2018	19,999 83 kg	300 mg	Ajustage
A 3	20 kg	04/04/2018	20,000 77 kg	04/04/2018	20,000 02 kg	300 mg	Ajustage
A 4	20 kg	04/04/2018	20,000 85 kg	04/04/2018	20,000 09 kg	300 mg	Ajustage
A 5	20 kg	04/04/2018	20,000 87 kg	04/04/2018	20,000 10 kg	300 mg	Ajustage
A 6	20 kg	04/04/2018	20,001 05 kg	04/04/2018	20,000 19 kg	300 mg	Ajustage
A 7	20 kg	04/04/2018	20,001 00 kg	04/04/2018	19,999 98 kg	300 mg	Ajustage
A 8	20 kg	04/04/2018	20,000 96 kg	04/04/2018	20,000 15 kg	300 mg	Ajustage
A 9	20 kg	04/04/2018	20,001 11 kg	04/04/2018	20,000 04 kg	300 mg	Ajustage
A 10	20 kg	04/04/2018	20,001 00 kg	04/04/2018	19,999 87 kg	300 mg	Ajustage
A 11	20 kg	04/04/2018	20,001 03 kg	04/04/2018	20,000 02 kg	300 mg	Ajustage
A 12	20 kg	04/04/2018	20,001 02 kg	04/04/2018	19,999 66 kg	300 mg	Ajustage
A 13	20 kg	04/04/2018	20,000 95 kg	04/04/2018	19,999 93 kg	300 mg	Ajustage
A 14	20 kg	04/04/2018	20,001 09 kg	04/04/2018	20,000 06 kg	300 mg	Ajustage
A 15	20 kg	04/04/2018	20,001 02 kg	04/04/2018	19,999 90 kg	300 mg	Ajustage