



CTVIM

6 rue Gaspard Monge

ZI Sud

13200 ARLES

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 5574

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 16021

DELIVRE A : BALCO
5 RUE DES ARBOUSIERS
ZAE DES AVANTS
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIER

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 21 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Lamelle / Cylindrique
Aluminium / Maillechort / Inox

N° de série : 81226598

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 16/06/2021

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 35\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

L'incertitude de mesure élargie correspond à l'incertitude-type composée multipliée par un facteur d'élargissement $k=2$, de telle sorte que la probabilité de couverture corresponde approximativement à 95%.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
	1 mg	16/06/2021	0,996 4 mg			6,0 µg	Néant
	2 mg	16/06/2021	2,000 2 mg			6,0 µg	Néant
*	2 mg	16/06/2021	1,999 7 mg			6,0 µg	Néant
	5 mg	16/06/2021	5,006 4 mg			6,0 µg	Néant
	10 mg	16/06/2021	10,014 3 mg			8,0 µg	Néant
	20 mg	16/06/2021	19,996 mg			10 µg	Néant
*	20 mg	16/06/2021	19,984 mg			10 µg	Néant
	50 mg	16/06/2021	49,977 mg			12 µg	Néant
	100 mg	16/06/2021	100,004 mg			16 µg	Néant
	200 mg	16/06/2021	199,960 mg			20 µg	Néant
*	200 mg	16/06/2021	199,995 mg			20 µg	Néant
	500 mg	16/06/2021	499,960 mg			25 µg	Néant
	1 g	16/06/2021	1,000 008 g			0,030 mg	Néant
	2 g	16/06/2021	2,000 048 g			0,040 mg	Néant
*	2 g	16/06/2021	2,000 047 g			0,040 mg	Néant
	5 g	16/06/2021	4,999 994 g			0,050 mg	Néant
	10 g	16/06/2021	9,999 961 g			0,060 mg	Néant
	20 g	16/06/2021	19,999 942 g			0,080 mg	Néant
*	20 g	16/06/2021	20,000 082 g			0,080 mg	Néant
	50 g	16/06/2021	49,999 94 g			0,10 mg	Néant
	100 g	16/06/2021	100,000 05 g			0,16 mg	Néant

Fin



CTVIM
 6 rue Gaspard Monge
 ZI Sud
 13200 ARLES
 ☎ : 04 83 73 53 42
 ✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

CONSTAT DE VERIFICATION N° CV 16021

DELIVRE A : BALCO
 5 RUE DES ARBOUSIERS
 ZAE DES AVANTS
 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

Désignation : Série de 21 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Lamelle / Cylindrique
 Aluminium / Maillechort / Inox

N° de série : 81226598

CONDITIONS DE VERIFICATION

Norme ou texte de référence :
 Décision N° 10.00.600.001.1 du 28/06/2010

Procédure interne de vérification :
 MO EM Etalonnage et Vérification

Conditions d'environnement :
 Sans influence sur le classement

Date de la vérification : 16/06/2021

CONSTAT

Date d'émission du constat: 16/06/2021

Il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) de la (des) masse(s) ci-après identifiée(s) (excepté pour l'(les) éventuelle(s) masse(s) non classée(s)) augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par les textes cités en référence des quels découle :

$$|Ej| + U \leq EMT$$

Identification	Masse nominale	Classe
	1 mg	F1
	2 mg	F1
*	2 mg	F1
	5 mg	F1
	10 mg	F1
	20 mg	F1
*	20 mg	F1
	50 mg	F1
	100 mg	F1
	200 mg	F1
*	200 mg	F1
	500 mg	F1
	1 g	F1
	2 g	F1
*	2 g	F1
	5 g	F1
	10 g	F1
	20 g	F1
*	20 g	F1
	50 g	F1
	100 g	F1

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

Ce document comprend 1 page

CE CONSTAT DE VERIFICATION GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RESULTATS D'ETALONNAGE AU SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES (SI)
 LA VERIFICATION A ETE EFFECTUEE SELON UNE PROCEDURE VALIDEE PAR LE COFRAC
 LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT DE VERIFICATION N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL



ETALONNAGE
 Accréditation
 n° 2-1539
 Portée disponible
 sur www.cofrac.fr

