



CTVIM
6 rue Gaspard Monge
ZI Sud
13200 ARLES
☎ : 04 83 73 53 42
✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 6412

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 18647

DELIVRE A : BALCO
5 RUE DES ARBOUSIERS
ZAE DES AVANTS
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIER

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 16 poids

Constructeur : SARTORIUS

Type : Cylindrique
Inox

N° de série : 91025365

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 23/12/2022

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 35\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

L'incertitude de mesure élargie correspond à l'incertitude-type composée multipliée par un facteur d'élargissement $k=2$, de telle sorte que la probabilité de couverture corresponde approximativement à 95%.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
	1 g	23/12/2022	1,000 007 g			0,030 mg	Néant
	2 g	23/12/2022	1,999 982 g			0,040 mg	Néant
*	2 g	23/12/2022	1,999 983 g			0,040 mg	Néant
	5 g	23/12/2022	4,999 951 g			0,050 mg	Néant
	10 g	23/12/2022	9,999 875 g			0,060 mg	Néant
	20 g	23/12/2022	19,999 833 g			0,080 mg	Néant
*	20 g	23/12/2022	19,999 931 g			0,080 mg	Néant
	50 g	23/12/2022	49,999 94 g			0,10 mg	Néant
ZX21E	100 g	23/12/2022	99,999 94 g			0,16 mg	Néant
	200 g	23/12/2022	199,999 72 g			0,30 mg	Néant
*	200 g	23/12/2022	199,999 81 g			0,30 mg	Néant
	500 g	23/12/2022	499,998 75 g			0,80 mg	Néant
	1 kg	23/12/2022	0,999 997 5 kg			1,6 mg	Néant
	2 kg	23/12/2022	1,999 998 4 kg			3,0 mg	Néant
*	2 kg	23/12/2022	2,000 000 9 kg			3,0 mg	Néant
	5 kg	23/12/2022	4,999 997 3 kg			8,0 mg	Néant

Fin



CTVIM
 6 rue Gaspard Monge
 ZI Sud
 13200 ARLES
 ☎ : 04 83 73 53 42
 ✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

CONSTAT DE VERIFICATION N° CV 18647

DELIVRE A : BALCO
 5 RUE DES ARBOUSIERS
 ZAE DES AVANTS
 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIER

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

Désignation : Série de 16 poids

Constructeur : SARTORIUS

Type : Cylindrique
 Inox

N° de série : 91025365

CONDITIONS DE VERIFICATION

Norme ou texte de référence :
 Décision N° 10.00.600.001.1 du 28/06/2010

Procédure interne de vérification :
 MO EM Etalonnage et Vérification

Conditions d'environnement :
 Sans influence sur le classement

Date de la vérification : 23/12/2022

Date d'émission du constat: 23/12/2022

CONSTAT

Il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) de la (des) masse(s) ci-après identifiée(s) (excepté pour l'(les) éventuelle(s) masse(s) non classée(s) augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par les textes cités en référence des quels découle :

• $|Ej| + U \leq EMT$

Identification	Masse nominale	Classe
	1 g	F1
	2 g	F1
*	2 g	F1
	5 g	F1
	10 g	F1
	20 g	F1
*	20 g	F1
	50 g	F1
ZX21E	100 g	F1
	200 g	F1
*	200 g	F1
	500 g	F1
	1 kg	F1
	2 kg	F1
*	2 kg	F1
	5 kg	F1

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

Ce document comprend 1 page

CE CONSTAT DE VERIFICATION GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RESULTATS D'ETALONNAGE AU SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES (SI)
 LA VERIFICATION A ETE EFFECTUEE SELON UNE PROCEDURE VALIDEE PAR LE COFRAC
 LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT DE VERIFICATION N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL



